



アドテック株式会社  
代表取締役：渡辺 幹雄

2021年5月14日

各位

## プロラスト SARS-CoV-2 Ag アドテスト SARS-CoV-2 の 変異株に関する反応性のお知らせ

プロラスト SARS-CoV-2 Ag 並びにアドテスト SARS-CoV-2 における SARS-CoV-2 変異株との反応性について反応性を確認いたしましたので、下記にお知らせいたします。

由 来	株 名	反 応 性
英國変異株 (VOC-202012/01)	hCoV-19/Japan/QHN001/2020	○
	hCoV-19/Japan/QHN002/2020	○
	hCoV-19/Japan/QK002/2020	○
ブラジル変異株 (501Y. V3, P. I)	hCoV-19/Japan/TY7-501/2021	○
	hCoV-19/Japan/TY7-503/2021	○
南アフリカ変異株 (B. 1. 351)	hCoV-19/Japan/TY8-612/2021	○
武漢株	2019-nCoV/JAN/TY/WK-521 株	○

本試験は、長崎大学 热帶医学研究所（所長：森田公一 先生）にて実施致しました。

### 【本リリースに関するお問い合わせ先】

アドテック株式会社

〒879-0453 大分県宇佐市上田 1770-1

TEL : 0978-34-7770 FAX : 0978-34-7780 <https://www.adtec-inc.co.jp/>