

2021年7月27日

各位

プロラスト SARS-CoV-2 Ag
アドテスト SARS-CoV-2 の
変異株に関する反応性のお知らせ

プロラスト SARS-CoV-2 Ag 並びにアドテスト SARS-CoV-2 における SARS-CoV-2 変異株との反応性について、デルタ株とのデータが取得できましたので、下記にてお知らせいたします。

由来	株名	反応性
デルタ株（インド由来）	hCoV-19/Japan/TY11-330-P1/2021	○
	hCoV-19/Japan/TY11-927-P1/2021	○
アルファ株（イギリス由来） (VOC-202012/01)	hCoV-19/Japan/QHN001/2020	○
	hCoV-19/Japan/QHN002/2020	○
	hCoV-19/Japan/QK002/2020	○
ガンマ株（ブラジル由来） (501Y. V3, P. I)	hCoV-19/Japan/TY7-501/2021	○
	hCoV-19/Japan/TY7-503/2021	○
ベータ株（南アフリカ由来） (B. 1. 351)	hCoV-19/Japan/TY8-612/2021	○
従来株（中国武漢由来）	2019-nCoV/JAN/TY/WK-521 株	○

本試験は、長崎大学 熱帯医学研究所（所長：森田公一 先生）にて実施致しました。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

アドテック株式会社

〒879-0453 大分県宇佐市上田 1770-1

TEL : 0978-34-7770 FAX : 0978-34-7780 <https://www.adtec-inc.co.jp/>