

2021年12月28日

各位

プロラスト SARS-CoV-2 Ag/アドテスト SARS-CoV-2 の
オミクロン株 に関する反応性のお知らせ

プロラスト SARS-CoV-2 Ag 並びにアドテスト SARS-CoV-2 における SARS-CoV-2 変異株であるオミクロン株とのウイルス試験の結果、反応性を確認いたしましたので、下記にお知らせいたします。

由来	株名	反応性
オミクロン株	TY-38-873	○
デルタ株	hCoV-19/Japan/TY11-330-P1/2021	○
	hCoV-19/Japan/TY11-927-P1/2021	○
ガンマ株	hCoV-19/Japan/TY7-501/2021	○
	hCoV-19/Japan/TY7-503/2021	○
ベータ株	hCoV-19/Japan/TY8-612/2021	○
アルファ株	hCoV-19/Japan/QHN001/2020	○
	hCoV-19/Japan/QHN002/2020	○
	hCoV-19/Japan/QK002/2020	○
従来株	2019-nCoV/JAN/TY/WK-521	○

本試験は、長崎大学 熱帯医学研究所（所長：森田公一 先生）にて実施致しました。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

アドテック株式会社

〒879-0453 大分県宇佐市上田 1770-1

TEL : 0978-34-7770 FAX : 0978-34-7780 <https://www.adtec-inc.co.jp/>