

2022年8月12日

各位

アドテスト SARS-CoV-2 及びアドテスト SARS-CoV-2 NEO の  
**オミクロン株** に関する反応性のお知らせ

アドテスト SARS-CoV-2 及びアドテスト SARS-CoV-2 NEO における SARS-CoV-2 変異株であるオミクロン株との反応性につきまして、下記の通りお知らせいたします。

由来	株名	反応性	
		アドテスト SARS-CoV-2	アドテスト SARS-CoV-2 NEO
オミクロン株	TY-38-873(BA.1)	○	○
	TY-40-385(BA.2)	○	○
	TY-41-716(BA.2.75)	○	○
	TY-41-702(BA.5)	○	○
従来株	2019-nCoV/JAN/TY/WK-521	○	○

本試験は、長崎大学 熱帯医学研究所(所長:森田公一 先生)にて実施致しました。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

アドテック株式会社

〒879-0453 大分県宇佐市上田 1770-1

TEL:0978-58-3348(営業企画課)

<https://www.adtec-inc.co.jp/>